



RÚBRICA DE VALORACIÓN PRÁCTICA DE OXIGENOTERAPIA DE 1º TES.			Fecha:
<u>Nombre:</u>	<u>Firma Alumno:</u>	<u>Firma profesor:</u>	<u>Puntuación Total:</u>

CRITERIOS FUNDAMENTALES

RIESGO DE CONTAMINACIÓN /INOCULACIÓN/ INFECCIÓN BIOLÓGICA (No mantiene la esterilidad en el procedimiento siendo necesaria./ Riesgo de bioseguridad para el paciente y/o resto de trabajadores.)	
REALIZA ALGÚN PROCEDIMIENTO EN ORDEN O FORMA QUE PONE EN PELIGRO LA VIDA DEL PACIENTE	
MATERIAL INDISPENSABLE PARA LA PRÁCTICA	

	No	Sí	Sí + Adecuado	
Preparación del material (3 puntos)				
- <u>Oxígeno</u>		<u>0.5</u>		
- <u>Manoreductor</u>		<u>0.5</u>		
- <u>Flujómetro</u>		<u>0.5</u>		
- <u>Humidificador</u>		<u>0.5</u>		
- <u>Dispositivo para la administración</u>		<u>0.5</u>	<u>0.8</u>	
- <u>Alargadera</u>		<u>0.2</u>		
Colocación dispositivo y puesta en marcha del O2 (5 puntos)	Incorrecta	Falla pero rectifica	Bien, pero mejorable	En todo bien
- <u>Secuencia</u>	<u>0</u>	<u>0.5</u>	<u>0.75</u>	<u>1</u>
- <u>Destreza</u>	<u>0</u>	<u>0.1</u>	<u>0.2</u>	<u>0.3</u>
- <u>Seguridad</u>	<u>0</u>	<u>0.1</u>	<u>0.15</u>	<u>0.2</u>
- <u>Rapidez</u>	<u>0</u>	<u>0.1</u>	<u>0.2</u>	<u>0.3</u>
- <u>Comprueba el flujo</u>	<u>0</u>	<u>0.25</u>	<u>0.5</u>	<u>1</u>
- <u>Comprueba la concentración de oxígeno</u>	<u>0</u>	<u>0.5</u>	<u>0.75</u>	<u>1</u>
- <u>Rellena o cambia el humidificador</u>	<u>0</u>	<u>0.1</u>	<u>0.25</u>	<u>0.5</u>
- <u>Vigila que no haya acodamientos</u>	<u>0</u>	<u>0.25</u>	<u>0.4</u>	<u>0.5</u>
- <u>Mantiene al paciente en la posición adecuada</u>	<u>0</u>	<u>0.1</u>	<u>0.15</u>	<u>0.2</u>
RECOGIDA DE MATERIAL (2 puntos)	No	Sí		
- <u>Recoge el material</u>		<u>0.5</u>		
- <u>Comunica el O2 restante en la botella</u>		<u>1</u>		
- <u>Retira las posibles fuentes de combustión cercanas a la botella</u>		<u>0.5</u>		
<u>PUNTUACIÓN TOTAL</u>				

OBSERVACIONES: